
Dispositif de protection des bras et des jambes 10-552/554/556

FRANÇAIS



Mise en garde ! Ce symbole indique des informations importantes relatives à la sécurité. Suivez attentivement ces instructions.

Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.

CE

2023-03-01
Numéro du document : M10-552/554FR rev.03


Utilisation prévue

Dispositif de protection des bras et des jambes destiné à soutenir et à garder le bras et la jambe du patient sur la table d'opération pendant la chirurgie et le transport. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.

Consignes de sécurité

Charge maximale : 10 kg en répartition uniforme conformément aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2.

Avant utilisation, assurez-vous du bon fonctionnement !



Instructions d’utilisation

Installation

Le dispositif de protection des bras et des jambes est placé avec l’extrémité plate sous le matelas de la table d’opération. Le dispositif de protection des bras et des jambes est maintenu en place par le poids du patient.

Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l’eau chaude. Vous pouvez utiliser de l’éthanol. Essuyez avec un chiffon doux. N’utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.

Contrôle

Vérifiez qu’aucune partie n’est endommagée. Si vous utilisez une housse, vérifiez qu’elle est propre et non endommagée.

Accessoires

Article n°	**Description**
10-553	Protection rembourrée pour 10-552
10-555	Protection rembourrée pour 10-554
10-557	Protection rembourrée pour 10-556

Spécifications techniques

Article n°	**UDI-DI**	**Charge maximale**	**Dimension (H x l x L)**	**Poids**	**Matériau**
10-552	07350111831646	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violettes 80 480 SALEUX

Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUÈDE
+46 (0)220 433 99 I order@reison.se I info@reison.se